

	ISI NEM TAKİP FORMU			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
İY.FR.01	01.01.2019	0	-	Sayfa 2 / 2

- Diğer Birimlerde (Eczane, Laboratuvar, Depo, Arşiv vb.) Uygun Isı 18° - 26°; Uygun Nem Oranı %30 - %60 Arasında olmalıdır.
- Buzdolabı Sıcaklığı(İlaç):2-8C° Buzlanma Seviyesi:0,5cm / Kan Saklama Dolabı: -2 \ -4C° / Tıbbi Atık Deposu: 2/4C°